

São Luís, (MA), 24 de Setembro de 2026

A

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS . SALIC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO . UEMASUL.
RUA GODOFREDO VIANA, 1.300 – CENTRO. CEP. 65901- 480 – IMPERATRIZ/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2026 . SALIC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO UEMASUL/00176/2026

INTENÇÃO DE RECURSO

ITEM 02 (cota reserva)

Empresa: Vital Comércio de Equipamentos em Geral Ltda.

Modelo: A12.1062-B - Marca: Opto Edu

Após análise de proposta, catalogo e manual do equipamento, apresentados, constamos que, o catalogo apresentando é um catalogo montado, no qual algumas informações que não se confirmam no manual. Diante de tal fato, apesar do manual não estar traduzido por tradutor juramentado, conforme rege a lei, nos atentaremos às características apresentadas no manual. Conforme segue:

O edital solicita: “...entrada USB 5V, sequência de LEDs laterais, dos lados esquerdo e direito ou sistema indicador de intensidade luminosa;” Entretanto, não apresenta os leds laterais, do lado esquerdo e direito.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: “...Tubo binocular com inclinação de 25 graus ou menor,...”. Na página 26, nas especificações técnicas do manual apresentado, traz a informação de que a inclinação do tubo é de 30°.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: “...com conchas de proteção de borracha, com seta indicadora...” o manual não apresenta em momento algum, referencia sobre a existencia de seta indicadora para uma das oculares. Nem mesmo nos acessórios opcionais, o referido acessório é apresentado.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: “...Objetiva planacromática de 4 x com abertura numérica de 0,10 ou maior, WD= 30 mm ou maior; Objetiva planacromática de 10 x com abertura numérica de 0,25 ou maior, WD = 15 mm ou maior; Objetiva planacromática de 40 x com abertura numérica de 0,65 ou maior, retr-til, WD = 0,6 mm ou maior; Objetiva planacromática de

100 x com abertura numérica de 1,25 ou maior, de imersão à óleo, retrátil, WD = 0,25 mm ou maior; Frasco de óleo de imersão, o de 5 ml ou maior;...No manual, página 27, nas especificações quanto a distancia de trabalho para as objetivas de 10x e 100x tem distancia de trabalho inferior ao solicitado, dessa forma comprometendo a visualização. Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "...Condensador de Abe para campo claro, com abertura numérica de 0,9 / 1,25, com diafragma iris, para objetivas de 4 x a 100 x,...." No manual, na página 28 indica que o condensador de Abbe apresentado é de 1.25 para uso especial com ganhos visuais para a objetiva de 100x, para uso com óleo de imersão. Não atendendo ao edital.

ITEM 04 (cota reserva)
Vital Comércio de Equipamentos em Geral Ltda.
Modelo: BS 3060A - Marca: BetScope.

Após análise de proposta e catálogo do equipamento, apresentados, constamos que:

O edital solicita: ".....Distância livre de trabalho de 110 mm ou maior"...Entretanto, a distância de trabalho apresentada na proposta e confirmado no catálogo (pagina 2), é de 78mm.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: ".....faixa de movimentação vertical de 140 mm ou maior"... Entretanto, a movimentação vertical apresentada na proposta e confirmado no catálogo (pagina 3), é de 105mm.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: ".....com alça para transporte ou movimentação do equipamento"....; Entretanto, tal item não é apresentado na proposta e catálogo.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "....Spot LED para iluminação refletida para campo claro e campo escuro, altura e inclinação ajustáveis, com lente para ajuste de foco luminoso"...Entretanto, tais características não se apresentam na proposta e nem no catalogo;

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: ".....Iluminação coaxial com spot LED integrada, para visualizar orifícios...". Entretanto, tal característica não está expressa na proposta e no catalogo apresentado, página 3, trás a seguinte informação: "A iluminação coaxial, a objetiva auxiliar de 2x e outras oculares não integram esta configuração de fornecimento".

Não atendendo ao edital.

ITEM 06 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)

Vital Comércio de Equipamentos em Geral Ltda.

Modelo: BS-3043T – Marca: BetScope.

Após análise de proposta e catálogo do equipamento, apresentados, constamos que:
O edital solicita: "...estereomicroscópio com botões bilaterais para controle de foco macrométrico, faixa de movimentação vertical de 140 mm ou maior"... Na proposta expressa a informação que é de 105mm. No catálogo não trás alguma sobre tal característica.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "...com alça para transporte ou movimentação do equipamento"....; Entretanto, tal item não é apresentado na proposta e catálogo.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "....Iluminação refletida com spot LED, inclinável e com ajuste de altura; Iluminação refletida com conjunto circular de Leds, segmentáveis...". Tais características não é expressado na proposta.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "....Iluminação coaxial com spot LED integrada, para visualizar orifícios...". Tal característica não é expressado na proposta.

Não atendendo ao edital.

Atenciosamente,



ROGÉRIO DE FREITAS DUTRA.

Cargo: Gerente

CPF: 225.888.503-59

CI: 051755942014-2 SSP-MA

São Luís, (MA), 24 de Setembro de 2026

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS . SALIC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO . UEMASUL.
RUA GODOFREDO VIANA, 1.300 – CENTRO. CEP. 65901- 480 – IMPERATRIZ/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2026 . SALIC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO UEMASUL/00176/2026

INTENSÃO DE RECURSO

ITEM 06 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)
Vital Comércio de Equipamentos em Geral Ltda.
Modelo: BS-3043T – Marca: BetScope.

Após análise de proposta e catálogo do equipamento, apresentados, constamos que:
O edital solicita: "...estereomicroscópio com botões bilaterais para controle de foco macrométrico, faixa de movimentação vertical de 140 mm ou maior"... Na proposta expressa a informação que é de 105mm. No catálogo não trás alguma sobre tal característica.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "...com alça para transporte ou movimentação do equipamento"...; Entretanto, tal item não é apresentado na proposta e catálogo.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "...Iluminação refletida com spot LED, inclinável e com ajuste de altura; Iluminação refletida com conjunto circular de Leds, segmentáveis...". Tais características não é expressado na proposta.

Não atendendo ao edital.

O edital solicita: "...Iluminação coaxial com spot LED integrada, para visualizar orifícios...". Tal característica não é expressado na proposta.

Não atendendo ao edital.

EMBRAMÉDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA


ROGÉRIO DE FREITAS DUTRA

Cargo: Gerente

CPF: 225.888.503-59

CI: 051755942014-2 SSP-MA