



EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTO DE MICROSCOPIO
PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL Nº 006/2026

DESTINATÁRIO: Comissão Setorial de Licitação / Pregoeiro(a)

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº UEMASUL/00176/2026

OBJETO: Aquisição de equipamentos de microscopia destinados aos laboratórios de ensino e pesquisa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL custeadas com recursos provenientes de doação oriunda dos Termos de Recebimento de Bens ou Valores em Reparação a Lesão ou a Danos Coletivos, motivado nos autos dos processos PAJ: 000303.2011.16.001/7 - 402 e PJ: ACPCiv 0123800- 74.2011.5.16.0013 e no PAJ: 000158.2009.16.0001/7 e PJ: ExTAC 0118000- 39.2009.5.16.0012.

LICITANTE: EMBRAMÉDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.

1. RELATÓRIO TÉCNICO

O presente parecer técnico tem como objetivo avaliar a proposta comercial e o catálogo técnico apresentados pela empresa Embramédica Produtos de Laboratórios Ltda., referentes ao Item 6 do Pregão Eletrônico nº 058/2026 – SALIC/MA, a fim de verificar a compatibilidade do equipamento ofertado com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

2. ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Após análise da documentação apresentada, verificou-se que o microscópio estereoscópico trinocular Carl Zeiss, modelo Stemi 355, possui características técnicas compatíveis com a finalidade prevista para o equipamento.

Conforme a proposta comercial e o catálogo do fabricante, o modelo ofertado apresenta sistema óptico Greenough, cabeçote trinocular com saída integrada para câmera, divisão óptica fixa de 50:50 entre a observação visual e a documentação, adaptador óptico de 0,5x, sistema de zoom manual com faixa de ampliação de 0,72x a 4,0x e distância de trabalho de 110 mm.

O equipamento dispõe, ainda, de ajuste da distância interpupilar entre 55 mm e 75 mm, oculares de 10x/23 e iluminação LED integrada quase vertical, além de suporte e controlador de iluminação. Essas características permitem a observação de amostras tridimensionais e favorecem sua utilização em atividades didáticas, laboratoriais e de pesquisa científica.

Dessa forma, considerando as características técnicas descritas na documentação apresentada, verifica-se que o equipamento possui recursos ópticos e funcionais adequados à finalidade pretendida, atendendo aos requisitos técnicos avaliados para o Item 6.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa Embramédica Produtos de Laboratórios Ltda., referente ao microscópio estereoscópico trinocular Carl Zeiss, modelo Stemi 355, **emite-se PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL à aceitação do equipamento ofertado para o Item 6**, considerando a compatibilidade das características técnicas identificadas com a finalidade e os requisitos avaliados no Termo de Referência.

Imperatriz - MA, 16 de outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JOSE FABIO FRANCA ORLANDA
Data: 16/10/2026 15:54:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. José Fábio França Orlanda
Matrícula nº 00007297-04
Diretor do Centro de Ciências Exatas, Naturais e
Tecnológicas – CCENT/UEMASUL