



Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM PARECER TÉCNICO DESFAVORAVELMENTE Nº 001/2026

DESTINATÁRIO: Comissão Setorial de Licitação / Pregoeiro(a)

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº UEMASUL/00176/2026

OBJETO: Aquisição de equipamentos de microscopia destinados aos laboratórios de ensino e pesquisa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL custeadas com recursos provenientes de doação oriunda dos Termos de Recebimento de Bens ou Valores em Reparação a Lesão ou a Danos Coletivos, motivado nos autos dos processos PAJ: 000303.2011.16.001/7 - 402 e PJ: ACPCiv 0123800- 74.2011.5.16.0013 e no PAJ: 000158.2009.16.0001/7 e PJ: ExTAC 0118000- 39.2009.5.16.0012.

LICITANTE: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA. MARCA GLOBAL OPTICS

1. RELATÓRIO TÉCNICO

Após a análise técnica da proposta comercial e do catálogo dos equipamentos apresentados pela empresa **QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA. MARCA GLOBAL OPTICS**, conclui-se que os itens ofertados não atendem às especificações técnicas exigidas no instrumento convocatório e às necessidades da Administração, conforme as exigências estabelecidas pela Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL.

Dessa forma, esta área técnica manifesta-se **desfavoravelmente** à aceitação da proposta da empresa, por considerar que os equipamentos ofertados não estão em conformidade com os requisitos técnicos previstos no processo licitatório, mostrando-se não aptos ao atendimento da demanda institucional.



2. ANÁLISE DE CONFORMIDADE

ITEM 01 (cota principal)

1ª colocada – Qualividros Distribuidora Ltda. Marca Global Optics - Modelo NO226B

1. O descritivo do equipamento na proposta da empresa, é idêntica ao descritivo solicitado no edital. Entretanto, para algumas características, conforme listamos abaixo, em que o catalogo apresentado não as comprovam conforme segue:
 - 1.1. O edital solicita: “...*entrada USB 5V, sequência de LEDs laterais, dos lados esquerdo e direito ou sistema indicador de intensidade luminosa;*” Entretanto, tal informação não e comprovada através do catalogo apresentado;
 - 1.2. O edital solicita: “...*Tubo binocular com inclinação de 25 graus ou menor,....*”. Na página 02 do catalogo apresentado, traz a informação de que a inclinação do tubo é de 30°
 - 1.3. O edital solicita: “...*com conchas de proteção de borracha, com seta indicadora...*” o catalogo não apresenta, mesmos nos acessórios opcionais, o referido acessório.
 - 1.4. O edital solicita: “...*Condensador de Abe para campo claro, com abertura numérica de 0,9 / 1,25, com diafragma iris, para objetivas de 4 x a 100 x,....*” O catálogo apresenyandoi indica que o condensador apresentasdo é de 1.25 para uso especialmente com o objetiva de 100x, para uso com óleo de imersão.
Dessa forma, após análise do catalogo apresentado, tal equipamento não atende ao solicitado no edital.

ITEM 03 (cota principal)

1ª colocada – Qualividros Distribuidora Ltda. Marca Global Optics - Modelo NO106B

1. O descritivo do equipamento na proposta da empresa, é idêntica ao descritivo solicitado no edital. Entretanto, para algumas características, conforme listamos abaixo, em que o catalogo apresentado não as comprovam conforme segue:
 - 1.1 O edital solicita: “.....*02 oculares focalizáveis de 10 x com campo visual de 23 mm ou maior...*”. No catalogo apresentado, informa que o par de ocular que fará parte do equipamento, é uma ocular WF 10x/22mm, e não expressa se ambas oculares são focalizáveis;
 - 1.2 O edital solicita: “.....*Iluminação transmitida com LED, para campo claro e campo escuro...*”. No catalogo, em momento algum apresenta a técnica de campo escuro para a iluminação transmitida;
 - 1.3 O edital solicita: “.....*Iluminação coaxial com spot LED integrada, para visualizar orifícios...*”. No catalogo não apresenta tal iluminação.

Dessa forma, após análise do catalogo apresentado, tal equipamento não atende ao solicitado no edital.





3. CONCLUSÃO

A proposta da empresa **QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA. – MARCA GLOBAL OPTICS** não está em **TOTAL CONFORMIDADE** com o Termo de Referência, não atendendo integralmente às especificações técnicas estabelecidas. Diante do exposto, **manifesto-me de forma DESFAVORÁVEL à aceitação da proposta.**

Imperatriz - MA, 23 de agosto de 2026

Prof. Dr. José Fábio França Orlanda
Matrícula nº 00007297-04
Diretor do Centro de Ciências Exatas, Naturais
e Tecnológicas – CCENT/UEMASUL