

## Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITENS 14 - 22 - 23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

ALLTECH <alltechrecife@gmail.com>  
Para: "csl@uemasul.edu.br" <csl@uemasul.edu.br>

11 de agosto de 2026 às 09:14

----- Forwarded message -----

De: **ALLTECH** <alltechrecife@gmail.com>

Date: seg., 10 de ago. de 2026 às 16:15

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITENS 14 - 22 - 23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

To: <licitacao.salic@sead.ma.gov.br>

Prezados Senhores

Gentileza dirimir dúvidas para a correta cotação de equipamentos constantes dos ITENS 14 - 22 - 23 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

**ITEM 14** – Solicita LED com, no mínimo, 5500 K e 3 W ou maior; Lâmpada halógena de 6 V / 30 W ou mais potente; A solicitação é mesmo para 2 tipos de iluminação no mesmo equipamento – uma LED e outra halógena ?

**ITEM 22** – Solicita Estereomicroscópio trinocular com entrada vertical para adaptação de câmera, 100 % oculares : 100 % câmera, com adaptador c-mount de 0,5x;  
Não solicita a câmera  
É correto ? O equipamento deve ter apenas possibilidade futura para uso de câmera ?

**ITEM 23** – IDEM - Solicita Estereomicroscópio trinocular com entrada vertical para adaptação de câmera, 100 % oculares : 100 % câmera, com adaptador c-mount de 0,5x;  
Não solicita a câmera  
É correto ? O equipamento deve ter apenas possibilidade futura para uso de câmera ?

Aguardamos seus comentários e possíveis ajustes, agradecendo antecipadamente

Atenciosamente

Ana Maria Viana Canto  
(81) 999218679  
ALLTECH