



Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITENS 14 - 22 - 23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

csi . <csi@uemasul.edu.br>

11 de agosto de 2026 às 09:29

Para: "Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas" <ccent@uemasul.edu.br>

Prezados, bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento referente ao Pregão 059/2026 para devida resposta do setor competente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--


Comissão Setorial de Licitação - CSL.

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL.

Rua Godofredo Viana, nº 1300 - Centro. CEP 65.901-480 - Imperatriz - MA.



Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão



Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITENS 14 - 22 - 23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

laboratórios cca <laboratorios.cca@uemasul.edu.br>

13 de agosto de 2026 às 09:06

Para: licitacao.salic@sead.ma.gov.br, csl <csl@uemasul.edu.br>, Centro de Ciências Agrárias <cca@uemasul.edu.br>, "Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas" <ccent@uemasul.edu.br>, Roldão Carlos Andrade Lima <roldao.lima@uemasul.edu.br>

Bom dia,

Segue abaixo os esclarecimentos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA:

ITEM 22 – Solicita Estereomicroscópio trinocular com entrada vertical para adaptação de câmera, 100 % oculares : 100 % câmera, com adaptador c-mount de 0,5x;

Não solicita a câmera

É correto ? O equipamento deve ter apenas possibilidade futura para uso de câmera ?

- De acordo com o Solicitante, o item 22 **PODE SER ADICIONADO A CÂMERA** disponibilizada pelo Fornecedor.

Sem mais para o momento, Atenciosamente

Elaine Miranda - Chefe de Laboratórios
99-98204-4270

----- Forwarded message -----

De: **Sandra Borges da Silva** <sandraborjes@uemasul.edu.br>

Date: qua., 12 de ago. de 2026 às 12:41

Subject: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITENS 14 - 22 - 23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA

To: laboratórios cca <laboratorios.cca@uemasul.edu.br>

Boa tarde.

Olá,

Em resposta aos questionamentos referentes aos itens 14 e 23, seguem os esclarecimentos:

Item 14: A especificação não exige os dois tipos de iluminação no mesmo equipamento. Será aceito equipamento com iluminação LED de, no mínimo, 5.500 K e 3 W, ou iluminação halógena de 6 V/30 W ou superior, desde que atendidas as demais especificações técnicas do Item 14.

Item 23: A câmera faz parte do equipamento solicitado. O estereomicroscópio deverá ser fornecido com câmera digital colorida para microscopia, com resolução de 12 MP ou superior, além do adaptador C-mount de 0,5x, conforme as demais especificações técnicas do Item 23.

Att

Sandra Borges da Silva

Médica Veterinária CRMV MA 02119 VP

Mestre em Ciências Veterinárias/Parasitologia Veterinária/UFRRJ

Doutora em Ciências Veterinárias/Parasitologia Veterinária/UFRRJ

Em qua., 12 de ago. de 2026 às 10:18, laboratórios cca <laboratorios.cca@uemasul.edu.br> escreveu:

Bom dia Caríssimas Professoras,
Estimo que estejam bem!

Venho através deste solicitar que respondam ESCLARECIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026 - SALIC/MA.

Solicito URGÊNCIA PARA DAR CELERIDADE AO PREGÃO ELETRÔNICO.

Desde já agradeço,

Att,

Elaine Miranda - Chefe de Laboratórios

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



--

At.te.,
Cíntia Torres Amaral
Secretária do CCENT/UEMASUL

Visto:
José Fábio França Orlanda
Diretor do CCENT/UEMASUL

