



ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 084/2026

jeise.santos@agilent.com <jeise.santos@agilent.com>

22 de setembro de 2026 às 16:44

Para: "licitacao.salic@sead.ma.gov.br" <licitacao.salic@sead.ma.gov.br>

Cc: "licitacao.vendas@agilent.com" <licitacao.vendas@agilent.com>, "csi@uemasul.edu.br" <csi@uemasul.edu.br>

Prezados boa tarde,

Com o objetivo de ampliar a competitividade do certame e verificar a possibilidade de participação de outros fornecedores com tecnologias equivalentes ou superiores, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. O Termo de Referência especifica tecnologia de gerador de RF do tipo FlatPlate, característica associada a um único fabricante. Será aceito equipamento ICP-OES que utilize tecnologia de RF por bobina de indução, operando em 27 MHz, reconhecida por sua elevada robustez e desempenho analítico?
2. O consumo máximo de 9 L/min de argônio indicado no edital é incompatível com grande parte das aplicações e matrizes analisadas por ICP-OES. Será aceito equipamento que apresente baixo consumo de argônio e sistema de purga rápida, garantindo plena operação para todas as aplicações previstas?
3. A faixa espectral especificada de 165 a 900 nm restringe a participação de diversos fabricantes. Considerando que os comprimentos de onda abaixo de 167 nm e acima de 785 nm não são necessários para a determinação dos elementos solicitados e que todos os elementos constantes do edital podem ser analisados com eficiência nessa faixa, será aceito equipamento com faixa espectral de 167 a 785 nm?
4. O edital solicita câmera integrada para visualização do plasma. Será aceito equipamento que dispense essa câmera, por permitir a visualização direta do plasma, atendendo à mesma finalidade operacional?

Atenciosamente,

Jeise Santos

Especialista de Licitações

Agilent Technologies Brasil



www.agilent.com

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com

