



ERRATA 002/2018 - UEMASUL
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-CSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106300/2018-UEMASUL

O Pregoeiro da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, no uso de suas atribuições legais, **COMUNICA** que fica alterado o edital da licitação, o **ITEM 3** do Anexo I - Termo de Referência, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

09	<p>KIT COM TRÊS PIPETAS AUTOMÁTICAS ajustáveis que abrange a faixa de volume de 2 A 1000ML: Uma Pipeta com intervalo de uso de 2 a 20 µL com incrementos de escala de 0,01 µL, precisão menor ou igual a 0,03µL / 0,30 % e exatidão ± 0,10µL / ± 1,0 %, Uma Pipeta com intervalo de uso de 20 a 200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL, precisão menor ou igual a 0,20µL / 0,15 % e exatidão ± 0,50µL / ± 0,8 %, Uma Pipeta com intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1 µL, precisão menor ou igual a 0,6µL / 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8%, Um rack com 96 ponteiras D200, Um rack com 96 ponteiras D1000, Três suportes individuais "Single", Um pacote com 10 "Coloris", Três sacos plásticos para eventuais retornos para revisão periódica, Um Guia de Pipetagem original, Um certificado de calibração (Certificado de Conformidade) para cada pipeta, Um manual de operações, Todas as pipetas com corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios, Todas as pipetas com pistão em aço inox 316 altamente polido isento de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior, Todas as pipetas com botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos.</p> <p>Exclusivo para ME/EPP/MEI Lei Estadual nº 10.403/2015.</p>	01	R\$ 7.069,25	R\$ 7.069,25
----	---	----	--------------	--------------

LEIA-SE:

09	<p>PIPETA MULTICANAL DE ALTA PRECISÃO, MODELO P12X10</p> <p>PIPETA MULTICANAL AUTOMÁTICA AJUSTÁVEL QUE ABRANGE A FAIXA DE VOLUME DE 0,5 A 10 µL: Intervalo de uso: 0,5 a 10 µL; Incrementos de escala: 0,01 µL; Quantidade de canais: 12 canais; Detalhes: - Precisão: ≤ 0,04 µL / ≤ 8 %; - Exatidão: ± 0,08 µL / ± 16 %; - Pistão em aço inox 316, altamente polido; - Mecanismo de deslocamento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garantindo a mesma performance em todos os canais; - Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável e com espaçador para redução da força de ejeção; - Toda a parte inferior autoclavável; - Trava do volume para evitar alterações durante a operação; - Código bidimensional de identificação gravado no corpo da pipeta para rastreabilidade; - Botão com código de cores para</p>	01	R\$ 7.069,25	R\$ 7.069,25
----	--	----	--------------	--------------



**Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão**

CSL/UEMASUL
Folha N° _____
Proc. N° 106300/2018
Rubrica _____

facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiras Diamond correspondentes; - Alça que permite manter a pipeta na palma das mãos mesmo com ela aberta; - Fabricada dentro da norma ISO 9001; - Acompanha certificado individual de calibração com seu número de série.			
---	--	--	--

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do Edital e que a sessão pública fica mantida para o dia **03 de agosto de 2018, às 09h00min** no auditório da UEMASUL, localizado na Rua Godofredo Viana, 1.300, Centro, Imperatriz/MA. Permanecem inalteradas as demais condições e termos do Edital.

Imperatriz, 24 de julho de 2018.


William de Moura Geris
Pregoeiro